

DESCRIÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICO ECG

ELETROCARDIOGRAFO ECG COM CAPTAÇÃO DE NO MINIMO 12 CANAIS DE DERIVAÇÃO COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO, COM REGISTRO ATRÁVES DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO QUE PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE ALÉM DO ID, FREQUENCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, COM MEDIÇÕES DE QRS/QT/PR, COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO, COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAR OS ARQUIVOS EM FORMATOS DAT, PDF, DICOM, SCP, FDA, XML, OU TRANSFERIR VIA INTERNET OU CONEXÇÃO USB, BOTÃOQUE PERMITE REALIZAR CÓPIA AUTOMÁTICA DO ÚLTIMO EXAME REALIZADO E AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE, OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO, COM OPERAÇÃO POR TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE TOQUE ÚNICO E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRAÇADOS DO ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE EM TECLA LCD COLORIDA DE 5'', COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO, COM LAUDO INTERPRETATIVO, FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS, COM MODO DE OPERAÇÃO MANUAL, AUTOMÁTICO, RITMO E SELECIONÁVEIS, COM O TEMPO DE DURAÇÃO DA IMPRESSÃO DO GRUPO DE DERIVAÇÕES NO MODO AUTOMÁTICO DE APROXIMADAMENTE 2,5 Á 10 SEGUNDOS, COM INDICADORES DA REDE ELÉTRICA, FUNCIONAMENTO DE BATERIA, DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, ELETRODO SOLTO, FALTA DE PAPEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, BIP QRS, COM OS SEGUINTE ITENS INCLUSOS: 01 CABO PACIENTE DE NO MINIMO 10 VIAS, 02 CONJUNTOS DE ELETRODOS PARA MEMBROS, 02 CONJUNTOS DE ELETRODOS PRECORDIAIS, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3PINOS PADRÃO ABNT, 02 BOBINAS DE PAPEL PARA O REGISTRO DO EXAME, 01 ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO, 01 BATERIA DE LITIO RECARREGÁVEL, 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, OPCIONAL DE SOFTWARE EM PORTUGUÊS, OPCIONAL DE CD PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.

APARELHO DE ENDOSCOPIA

PROCESSADORA COMPACTA DE VIDEO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) SOMADA A UMA FUNÇÃO DE REALCE, QUE PROPORCIONA UMA VISÃO MELHORADA DA TEXTURA DA SUPERFÍCIE DA MUCOSA E DA ESTRUTURA DO PRADÃO VASCULAR, COM FUNÇÃO DE REALCE DA HEMOGLOBINA – HBE'', QUE MELHORA A VISUALIZAÇÃO DO PRADÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS. A PLATAFORMA VERSA UTILIZA EM SEUS VIDEOENDOSCÓPIOS A TECNOLOGIA CMOS, FONTE DE LUZ LED INCORPORADA, COM GRAVAÇÃO EM USB PARA CAPTURAR FOTOS E VÍDEOS DE ALTA DEFINIÇÃO, COM LÂMPADA DE LED DE 36W, COM COMPRESSOR PARA FORNECIMENTO DE AR, CILINDRO PARA BALANCE DE BRANCO, CABO REMOTO, 04 CABOS BNC E MANUAL DE INSTRUÇÃO. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES SAÍDA DE VIDEO- 01 DIGITAL DVI, 01 RGBS, 01 Y/C E 02 COMPOSTO, COM 02 NÍVEL DE FORNECIMENTO DE AR, PORTA USB FRONTAL, SAÍDA PARA CONTROLE REMOTO DE PERIFÉRICO, COM DIMENSÕES: 452CM LARGURA X 167CM ALTURA X 456CM DE PROFUNDIDADE, BIVOLT (110 – 220VAC).

VIDEOENDOSCÓPIO STANDARD DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) PARA O TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, CAMPO DE OBSERVAÇÃO: 140°, VISÃO FRONTAL, PROFUNDIDADE DO CAMPO MÍNIMO ENTRE 3MM E 100MM, FAIXA DE DEFLEXÃO DO EXTREMO DISTAL: 210° PARA CIMA, 90° PARA BAIXO, 100° PARA A DIREITA E PARA A ESQUERDA. DIÂMETRO EXTERNO DA PONTA DISTAL E DO TUBO DE INSERÇÃO: 9,6MM, DIÂMETRO INTERNO DO CANAL DE TRABALHO: 2,8MM, COMPRIMENTO ÚTIL DO TUBO DE INSERÇÃO: 1050MM, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO, ACESSÓRIOS STANDARD, TESTE DE VAZAMENTO MANUAL E GARRAFA DE ÁGUA.

VIDEOENDOSCÓPIO STANDARD DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) PARA O TRATO GASTROINTESTINAL INFERIOR, CAMPO DE OBSERVAÇÃO 140°, VISÃO FRONTAL, PROFUNDIDADE DE CAMPO NO MÍNIMO ENTRE 3MM E 100MM, FAIXA DE DEFLEXÃO DO EXTREMO DISTAL 180° PARA CIMA E PARA BAIXO, 160° PARA DIREITA E ESQUERDA, COM DIÂMETRO EXTERNO DA PONTA DISTAL E DO TUBO DE INSERÇÃO: 12,8MM, DIÂMETRO INTERNO DO CANAL DE TRABALHO: 3,7MM, COMPRIMENTO ÚTIL DO TUBO DE INSERÇÃO: 1650MM, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO, ACESSÓRIOS STANDARD, TESTE DE VAZÃO MANUAL E GARRAFA DE ÁGUA.