

DESCRIÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICO ECG

ELETROCARDIOGRAFO ECG COM CAPTAÇÃO DE NO MINIMO 12 CANAIS DE DERIVAÇÃO COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO, COM REGISTRO ATRÁVES DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO QUE PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE ALÉM DO ID, FREQUENCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, COM MEDIÇÕES DE QRS/QT/PR, COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO, COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAR OS ARQUIVOS EM FORMATOS DAT, PDF, DICOM, SCP, FDA, XML, OU TRANSFERIR VIA INTERNET OU CONEXÃO USB, BOTÃOQUE PERMITE REALIZAR CÓPIA AUTOMÁTICA DO ULTIMO EXAME REALIZADO E AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE, OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO, COM OPERAÇÃO POR TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE TOQUE ÚNICO E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRAÇADOS DO ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE EM TECLA LCD COLORIDA DE 5'', COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO, COM LAUDO INTERPRETATIVO, FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRÁVES DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS, COM MODO DE OPERAÇÃO MANUAL, AUTOMÁTICO, RITMO E SELECIONÁVEIS, COM O TEMPO DE DURAÇÃO DA IMPRESSÃO DO GRUPO DE DERIVAÇÕES NO MODO AUTOMÁTICO DE APROXIMADAMENTE 2,5 Á 10 SEGUNDOS, COM INDICADORES DA REDE ELÉTRICA, FUNCIONAMENTO DE BATERIA, DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, ELETRODO SOLTO, FALTA DE PAPEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, BIP QRS, COM OS SEGUINTE ITENS INCLUSOS: 01 CABO PACIENTE DE NO MINIMO 10 VIAS, 02 CONJUNTOS DE ELETRODOS PARA MEMBROS, 02 CONJUNTOS DE ELETRODOS PRECORDIAIS, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3PINOS PADRÃO ABNT, 02 BOBINAS DE PAPEL PARA O REGISTRO DO EXAME, 01 ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO, 01 BATERIA DE LITIO RECARREGÁVEL, 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, OPCIONAL DE SOFTWARE EM PORTUGUÊS, OPCIONAL DE CD PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.